

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁勇	
	职称: 高工	
	工作单位: 江苏省中飞药研有限公司	
项目信息	项目名称: 富士胃肠镜、支气管镜及 2 台主机维保单一来源采购项目	
	供应商名称: 南京桥虹医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	<p>注: 本表由专业人员填写。本表由专业人员填写。本表由专业人员填写。</p> <p>该设备有 14 报富士电子胃肠镜、支气管镜及 2 台主机的维修服务。设备属于检测类设备，对设备的质量要求较高，且中 CCU、ICU 等高风险科室直接影响病人抢救的精准和速度，从而影响治疗。对该设备的维修保养工作，应严格按照维修服务的要求从技术匹配上符合医院已定需求，并满足临床需要。因此申请将富士电子胃肠镜及 2 台主机的维修服务一并授权给南京桥虹医疗器械有限公司处采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	丁勇	日期 2025 年 3 月 14 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	嵇孝文
	职称:	主任
	工作单位:	江苏省肿瘤医院
项目信息	项目名称:	富士胃肠镜、支气管镜及 2 台主机维修单一来源采购项目
	供应商名称:	南京桥虹医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>内窥镜为光学精密设备，如零部件及相关有经验的维修原厂培训工程师很难完成相关复杂精细操作过程。建议原厂维修。采用单一来源采购。</p>	
专业人员签字	嵇孝文	日期 2015 年 3 月 14 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	郭玲
	职称:	高级工程师
	工作单位:	南京市胸科医院
项目信息	项目名称:	富士胃肠镜、支气管镜及2台主机维保单一来源采购项目
	供应商名称:	南京娇虹医疗器械有限公司
专业人员论证意见	<p>该院拟采购的富士胃肠镜、支气管镜及2台主机维保服务，该设备属于腔镜类设备，因临床操作对人体损伤大，维修保养复杂且耗时长，维修成本高，维修周期长，维修费用高，维修周期取决于机器的固有故障，而原厂的服务能确保维修保养及时，对维护科室业务性生产至关重要。第三生产厂家很难保证机器的配件及耗材的可获得性，从而影响临床使用，建议从高达到以上要求，从而影响临床使用，建议从高到低内窥镜售后泉州地区唯一授权经销商选择江苏娇虹有限公司处采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	郭玲	日期2025年3月14日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。