

泰州市中医院单一来源论证专家信息登记表

项目名称：3M 环氧乙烷灭菌器维保服务单一来源采购

2025.05.07

单位	姓名	职称/职务	电话
泰州市中西医结合医院	丁一杰	医学装备处处长	13905262509
泰州市人民医院	杨永强	医学装备处副处长	13901430072
泰州市第四人民医院	孙明华	医学装备处副处长	18921701233



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	孙永华
	职称:	主任医师
	工作单位:	苏州璟然医院
项目信息	项目名称:	3M 环氧乙烷灭菌器维保服务单一来源采购
	供应商名称:	苏州璟然医疗设备维修有限公司
专业人员论证意见	训练基地更高层次的生态发展，医院设备是基础，非常重要。同是除了美国进口设备，其他维修厂家无法满足。维修人员更是需要厂家经过专业培训。一般厂家难以保证维修质量。故建议采购单一来源采购方式。	
专业人员签字	孙永华	日期 2025 年 5 月 7 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁一杰	
	职称: 工程师	
	工作单位: 泰州市中西医结合医院	
项目信息	项目名称: 3M 环氧乙烷灭菌器维保服务单一来源采购	
	供应商名称: 苏州璟然医疗设备维修有限公司	
专业人员论证意见	3M 环氧乙烷灭菌器为医院核心医疗设备, 其运行状态直接关系到院内感染控制水平和患者生命安全。原丁工程师可保证设备的正常运行, 避免出现参数偏差导致灭菌失败, 杜绝院内感染隐患。原丁工程师无法保证设备的数量控制, 同时也不具备及时维修, 会产生安全隐患, 危及患者生命安全。建议从明尼苏达矿业制造(中国)国际贸易有限公司授权售后服务处或者苏州璟然医疗设备维修有限公司按照单一来源方式实行售后服务。	
专业人员签字	丁一杰	日期: 2015年 5月 7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高明	
	职称: 装备处处长	
	工作单位: 郑州市第四人民医院	
项目信息	项目名称: 3M 环氧乙烷灭菌器维保服务单一来源采购	
	供应商名称: 苏州璟然医疗设备维修有限公司	
专业人员论证意见	该设备为进口设备, 作为医院灭菌设备的主力装备, 其运行状态的稳定与否直接关系到医院正常诊疗行为的进行。环氧乙烷灭菌器对设备湿气和气体浓度、的严格控制要求严苛, 建议由原厂售后提供可确保设备稳定运行, 管路密封性检测等专业技术支持服务达到设备原厂要求。且该设备在院已使用多年, 已进入故障高发期, 原厂维修可提供100%的配件, 相比第三方维修更能保证维修质量, 延长设备使用寿命, 长期综合成本更低。	
专业人员签字	高明	日期 2022年 5月 7日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

