

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李辉	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 苏州大学附属第二医院	
项目信息	项目名称: 动态心电图采集设备采购项目	
	供应商名称: 南京康强医疗科技股份有限公司	
专业人员论证意见	医院现用心电网络为美国迈迪产品性能稳定使用多年, 现出现故障, 心电分析软件也为迈迪公司专业软件, 数据分析功能强大, 能满足临床需要, 故建议医院单一来源采购迈迪心电图采集盒。	
专业人员签字	李辉	日期 2023 年 8 月 26 日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡幼斌	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 泰州平善堰中医院	
项目信息	项目名称: 动态心电图采集盒采购项目	
	供应商名称: 南京度路医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	现有心电图室使用DMS心电图采集网络, 使用多年, 东西两院区均在使用, 故障低, 病人数据采集稳定, 科室在两个院区均可发病人检查报告, 系统在临床使用频率较高, 建议采购同一品牌心电图采集盒	
专业人员签字	胡幼斌	日期 2025年 8月 29日



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 曾国斌	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 泰州市第二人民医院	
项目信息	项目名称: 动态心电图采集盒采购项目	
	供应商名称: 南京度路医疗设备有限公司	
专业人员论证意见	美国迪姆公司生产的心电网络系统 在临床使用多年,使用情况一直良好,心 电采集盒为心电网络系统配套产品, 医院现有多台使用,数据采集完整, 准确度高,建议配套使用同一品牌 心电采集盒。	
专业人员签字	曾国斌	日期: 2025年8月28日

