

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	蒋红军
	职称:	主任技师
	工作单位:	泰州市中心血站
项目信息	项目名称:	奥林巴斯胃肠镜一批维保单一来源采购
	供应商名称:	江苏华盛医疗器械有限公司
专业人员论证意见	奥林巴斯胃肠镜为奥林巴斯产品高端型号,售后服务一直是原厂提供。该服务对检查的精准度、图像所质量水平起到非常关键的作用。第三方维修服务难以满足专业技术人员、零配件的及时性,从而影响图像质量,直接造成检查的无效甚至错误。为更好的为患者服务,确保诊断结果的准确,建议仍采用原厂质保。仍从唯一授权经销商江苏华盛医疗器械有限公司单一采购该项维保。	
专业人员签字	蒋红军	日期2023年12月31日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>张军</u>	
	职称: <u>主任医师</u>	
	工作单位: <u>苏州市人民医院</u>	
项目信息	项目名称: 奥林巴斯胃肠镜一批维保单一来源采购	
	供应商名称: 江苏华盛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该批使用之奥林巴斯260.290 系列电子内镜系统设备, 为内镜系统 检查产品中之顶级产品。该产品性能 优越, 对病人检查之精准度和安全 率均位居同类产品之前列。且原厂维 修人员不能到, 若由技术人员负责 做外修, 则对病人安全。因此建议由 授权经销商江苏华盛医疗器械有限 公司处采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	<u>张军</u>	日期 2025年 12月 31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	张德军	
	职称:	副主任医师	
	工作单位:	青州市疾控中心	
项目信息	项目名称:	奥林巴斯胃肠镜一批维保单一来源采购	
	供应商名称:	江苏华盛医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	该院使用的12根奥林巴斯260.290系列电子内镜设备为奥林巴斯的通型号,属于精密检查设备,设备精度直接影响检查结果,影响了质量,原厂的维修和服务能最大限度影响设备性能,从信任设备精度和服务的持续性.建议从奥林巴斯官方唯一授权经销商江苏华盛医疗器械有限公司处采用单一来源方式进行。		
专业人员签字	张德军	日期	2015年12月4日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

