

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|--|
| 专业人员信息 | 姓名： 刘刚 |
| | 职称： 副主任医师 |
| | 工作单位： 南京市第二医院 |
| 项目信息 | 项目名称：奥林巴斯光源采购项目 |
| | 供应商名称：泰州医药集团有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>根据医院提交的项目申请材料，奥林巴斯十二指肠镜为现有设备，计划开展内镜诊疗项目，该类设备在系统设计上是有明显的品牌属性。其光源主机、图像处理系统以及内镜镜体通常需在同一技术体系内配套使用。</p> <p>经了解，目前市场其他品牌光源设备在接口标准、信号控制方式及系统兼容性均无法与奥林巴斯实现兼容使用，因此在现有设备条件下，采购同品牌光源是使系统正常运行所必需条件。</p> <p>同时，为充分利用医院现有设备资源，避免资金浪费，采用单一来源方式采购是合理的必要的。根据相关规定“只能从唯一供应商处采购”条款，本项目采用单一来源采购方式是可行的。</p> |
| 专业人员签字 | <p>刘刚</p> <p>日期 2026 年 3 月 13 日</p> |



注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|---|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>李金</u> |
| | 职称: <u>高级工程师</u> |
| | 工作单位: <u>南宁市妇幼保健院</u> |
| 项目信息 | 项目名称: 奥林巴斯光源采购项目 |
| | 供应商名称: 泰州医药集团有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>经查阅泰州市中医院提交的奥林巴斯光源采购相关资料并综合医院现有设备配置情况进行技术分析,提出以下论证意见:</p> <p>医院目前已配备奥林巴斯十二指肠镜,其成像系统由内镜图像处理器及光源系统组成,奥林巴斯内镜系统采用专用接口体系,光源匹配与内镜设备间存在无缝接口及通信协议,仅能与同品牌设备兼容。若用其他品牌光源设备无法保证设备正常运行,因此从设备技术匹配性及系统兼容性角度分析符合“只能从唯一供应商处采购的情形”,建议采用单一来源采购。</p> |
| 专业人员签字 | <p><u>李金</u></p> <p>日期 <u>2026</u> 年 <u>3</u> 月 <u>13</u> 日</p> |

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | |
|----------|---|
| 专业人员信息 | 姓名：  |
| | 职称：  |
| | 工作单位：  |
| 项目信息 | 项目名称：奥林巴斯光源采购项目 |
| | 供应商名称：泰州医药集团有限公司 |
| 专业人员论证意见 | <p>奥林巴斯=指物镜与相机ERCP(内镜逆行胰胆管造影)的关键设备, ERCP属于内镜操作高的内镜诊疗项目, 对设备成像质量、光照稳定性以及操作稳定性均有较高要求。</p> <p>该院为诊疗项目顺利开展必须配备与之匹配的专用主机。奥林巴斯系统为国际公认架构, 其光源设备与内镜之间存在专门匹配关系, 其他品牌光源与内镜无法正常连接和稳定成像, 若非原厂光源设备, 不仅无法保证系统正常运行, 还影响内镜诊疗安全。因此, 从临床应用和诊疗安全角度出发, 采购奥林巴斯原厂光源是必要且合理的。</p> |
| 专业人员签字 |  |
| | 日期 2016 年 3 月 13 日 |

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

泰州市中医院单一来源论证专家信息登记表

项目名称：奥林巴斯光源单一来源采购

| 单位 | 姓名 | 职称/职务 | 电话 |
|---------|-----|-------|-------------|
| 南京协和医院 | 高金 | 高级技师 | 1500760856 |
| 南京市第一医院 | 高金梁 | 高级工程师 | 18951715000 |
| 南京市第二医院 | 刘超 | 工程师 | 13605195618 |