

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：丁一杰	
	职称：副主任医师	
	工作单位：秦州市中西医结合医院	
项目信息	项目名称：奥林巴斯内镜单一来源采购项目	
	拟定供应商名称：南京乐硕贸易有限公司	
专业人员论证意见	该院现有奥林巴斯内镜主机，主要承担内镜下手术各类手术的诊疗工作，手术量大使用频率高。奥林巴斯手术质量好，降低手术风险。原订的内镜可完美对接吻合器，经外成型系统的高度匹配。确保手术中成型质量。和手术操作的精准性与安全性。原订的产品价格相对平定运行。建议采用单一来源方式从奥林巴斯内镜授权经销商采购。	
专业人员签字	丁一杰	日期2026年9月16日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 刘现	
	职称： 副主任医师	
	工作单位： 寿阳县人民医院	
项目信息	项目名称： 奥林巴斯内镜单一来源采购项目	
	拟定供应商名称： 南京乐硕贸易有限公司	
专业人员论证意见	该院现有奥林巴斯CV1970腹腔镜，主要用于普外科、妇科腹腔镜手术，目前手术量大，设备使用频率高。为降低设备使用风险，拟由专人负责。原厂维修与现有设备匹配度高，操作控制与原厂一致，能保证手术安全。因此，原厂维修可保障临床手术的安全与稳定。	
专业人员签字	刘现	日期 2020 年 9 月 10 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：夏伟	
	职称：工程师	
	工作单位：泰州市第四人民医院	
项目信息	项目名称：奥林巴斯内镜单一来源采购项目	
	拟定供应商名称：南京乐硕贸易有限公司	
专业人员论证意见	该设备匹配院内现有奥林巴斯内镜主机系统、光学接口、信号传输协议为奥林巴斯原厂专属，其它品牌无法兼容，更换设备将造成原有主机闲置浪费。本产品只能由原授权供应商供应，符合单一来源采购条件。经论证采购方式合理，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	夏伟	日期 2016年 9 月 16 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App